



Ao(À) Sr(a). DOUGLAS MATEUS STELLA SEGALLIO

Prezado,

Segue análise de documentos técnicos conforme solicitado no ID. 2084869:

Item 4 : Estetoscópio: BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA: **APROVADO**, desde que seja conforme consta no catálogo da empresa, o Advantive Duo Sonic Cardiológico.

Item 6 : Reanimador Pulmonar Manual Adulto: BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA: **REPROVADO**, pois não possui itens do termo de referencia como: reservatório de O2 autoclavável e em 100% silicone. E a máscara já foi utilizada no município, sendo que foi observado que é rígida e não tem a vedação adequada.

Item 5 : Otoscópio simples: KLM LTDA ME : **REPROVADO**, pois não possui itens do termo de referencia como : Cone metálico com visor com aumento de 3x iluminação distal por fibra ótica, alimentação elétrica, bateria ou pilha recarregável , com espéculos de 2,4 / 3,0/ 3,5/ 4,0 e 5,0 mm .

Atenciosamente,

ELISANGELA CHAMONE DE OLIVEIRA RAMOS

Hortolândia, 11 de julho de 2025